


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ
(ФГУП ВНИИР)
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФГУП ВНИИР
по научной работе



РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 7827 И 7829

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ 3121-2008

Казань

2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА

Всероссийский научно-исследовательский институт
расходометрии (ФГУП ВНИИР)

ИСПОЛНИТЕЛИ

Фишман И.И., Ибрагимов Т.Ф., Мубаракшин М.Р.

РАЗРАБОТАНА

ООО "ИМС Индастриз"

ИСПОЛНИТЕЛИ

Аблина Л.В., Быкадоров С.В., Ремеева А.Ф., Сафонов А.В.

2 УТВЕРЖДЕНА

ФГУП ВНИИР

21 декабря 2007 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ФГУП «ВНИИМС»

04 июня 2008 г.

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН

МИ 3029-2007 «Вискозиметры фирмы «Solatron Mobrey limited». Методика поверки»

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена,
тиражирована и распространена без разрешения ОАО «АК «Транснефть» и
ООО «Балтнефтепровод»

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Операции поверки.....	1
4 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы.....	2
5 Требования безопасности.....	3
6 Условия поверки	3
7 Подготовка к поверке	4
8 Проведение поверки	4
9 Обработка результатов измерений.....	5
10 Оформление результатов поверки	6
Приложение А Подготовка поверочных жидкостей	7
Приложение Б Схема поверки.....	8
Приложение В Форма протокола поверки	9

РЕКОМЕНДАЦИЯ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ**

**Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные
модели 7827 и 7829**

МИ 3121-2008

Методика поверки

1 Область применения

Настоящая рекомендация распространяется на преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7827 в комплекте со вторичными преобразователями сигналов (контроллерами) типов 7945V, 7946V, 7951, 7955, либо со вторичными преобразователями сигналов других типов, внесенными в Государственный реестр СИ в установленном порядке и имеющими аналогичные характеристики, а также на преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7829 (далее - преобразователи вязкости), и устанавливает методику первичной и периодической поверок их канала измерения динамической вязкости и температуры в условиях лаборатории.

Поверку вискозиметра проводят в динамическом режиме.

Межповерочный интервал – 1 год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия

ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений

МИ 3002-2006 Государственная система обеспечения единства измерений. Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества и показателей качества нефти и поверочных установок

3 Операции поверки

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (8.1);

- опробование (8.2);
- определение погрешности измерений вязкости (8.3).

4 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы

4.1 При проведении поверки (калибровки) применяют поверочную установку УППВ составе:

4.1.1 Вискозиметр Штабингера SVM3000 с относительной погрешностью измерения динамической вязкости не более 0,35 %.

4.1.2 Преобразователь плотности и вязкости жидкости измерительный модели 7829М эталонный (далее - эталонный преобразователь вязкости) с пределами допускаемой приведенной погрешности измерения вязкости $\pm 0,5 \%$, с пределами допускаемой погрешности измерения температуры $\pm 0,05 {}^{\circ}\text{C}$ в диапазоне измерения температур от 0 до $50 {}^{\circ}\text{C}$.

4.1.3 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением ADView фирмы «Solartron Mobrey Limited», аттестованным в установленном порядке.

4.1.4 Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410 с абсолютной погрешностью не более $\pm 0,03 {}^{\circ}\text{C}$ в диапазоне измерения температур от 0 до $50 {}^{\circ}\text{C}$.

4.1.5 Насос для перекачивания поверочной (градуировочной) жидкости с возможностью регулирования расхода в диапазоне от 1 до 2 м³/час.

4.1.6 Терmostат с абсолютной погрешностью поддержания температуры не более $0,05 {}^{\circ}\text{C}$.

4.1.7 Набор термометров с абсолютной погрешностью не более $\pm 0,03 {}^{\circ}\text{C}$ в диапазоне измерения температур от 0 до $50 {}^{\circ}\text{C}$

4.1.8 Расходомер CRA с MRT 97 с относительной погрешностью не более 5 %.

4.1.9 Преобразователь сигналов (конвертер) RS485/RS232 ADAM 4520, ADAM 4561.

4.1.10 Компьютерный кабель-переходник RS232/USB или RS232/ RS232.

4.1.11 Кабель из двух пар экранированных проводов для подключения питания эталонного преобразователя вязкости и преобразователя (конвертера) RS485/RS232.

4.1.12 Блок питания постоянного тока ± 24 В для эталонного преобразователя вязкости, в соответствии с руководством по эксплуатации преобразователя вязкости.

4.1.13 Измерительная камера для эталонного преобразователя вязкости, изготовленная в соответствие с требованиями фирмы-изготовителя, изготовленная по чертежу Приложения Г.

4.2 Поверочные жидкости для каждого поверяемого поддиапазона измерения вязкости поверяемого преобразователя вязкости, подготовленные в соответствии с Приложением А и имеющие значения вязкости приближенно равные начальной, средней и верхней точке

проверяемого диапазона измерения вязкости.

4.3 Толуол по ГОСТ 5789 или ГОСТ 14710;

4.4 Ветошь.

Применяемые средства измерений должны быть поверены, иметь действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.

5 Требования безопасности

При проведении поверки выполняют следующие требования:

- поверку проводят в помещениях, оборудованных средствами пожаротушения и оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией и вытяжными шкафами;
- легковоспламеняющиеся жидкости хранят в стеклянных бутылках с притертymi пробками или в металлических канистрах в специально предназначенных для этого металлических шкафах или помещениях;
- соблюдают правила безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на УППВ и проверяемый вискозиметр.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха в помещении лаборатории, $^{\circ}\text{C}$ 20 ± 5 ;
- атмосферное давление, кПа $101,3\pm4$;
- относительная влажность окружающего воздуха в помещении лаборатории не более, % 80 ;
- температура поверочной жидкости в момент снятия показаний при поверке по каналу измерения вязкости, $^{\circ}\text{C}$ $20\pm0,1$;
- изменение температуры поверочной жидкости за время одного измерения (5 минут) не более чем $0,05\ ^{\circ}\text{C}$;
- изменение вязкости поверочной жидкости за время одного измерения (5 минут) не более чем $0,1$ сПз ($0,1$ мПа·с) при значениях вязкости до 10 сПз (10 мПа·с) включительно, и не более чем $0,2$ сПз ($0,2$ мПа·с) при значениях вязкости от 10 сПз (10 мПа·с) до 100 сПз (100 мПа·с).
- поверку по каналу измерения температуры проводят на поверочной жидкости средней вязкости при трех значениях температуры, $^{\circ}\text{C}$: 5 ± 2 ; 20 ± 2 и 50 ± 2
- монтаж проверяемого и эталонного преобразователей вязкости проведен в соответствии с требованиями технической документации.

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки выполняют следующие работы:

7.1 Подготавливают средства поверки и поверяемый преобразователь вязкости к работе в соответствии с требованиями технической документации и со схемой, приведенной в приложении Б.

7.2 Устанавливают температуру поверочной жидкости согласно разделу 6.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Проверяют соответствие комплектности, типа, маркировки и заводского номера поверяемого преобразователя вязкости технической документации фирмы-изготовителя. Проверяют отсутствие загрязнений, механических повреждений и дефектов покрытия виброэлемента (типа камертонной вилки) поверяемого преобразователя вязкости.

8.1.2 Проверяют (при необходимости вводят) значения градуировочных коэффициентов, а так же значение коэффициента масштабирования динамической вязкости (значение коэффициента масштабирования для сПз должно быть установлено равным единице), введенных в контроллер (или в электронный блок) поверяемого преобразователя вязкости.

Примечание - Значения градуировочных коэффициентов, хранящихся в памяти встроенного электронного блока, преобразователей вязкости типа 7829 проверяют через интерфейсную программу ADView фирмы «Solartron Mobrey Limited».

8.2 Опробование

Проверяют исправность электрической схемы и работу преобразователя вязкости согласно инструкции по эксплуатации.

8.3 Определение метрологических характеристик при поверке по каналу измерения вязкости производят на трех поверочных жидкостях (30 %, 60 %, 90 % от калиброванного диапазона).

8.3.1 Заполняют установку поверочной жидкостью с наименьшей вязкостью (30 % от калиброванного диапазона). Включают циркуляционный насос.

8.3.2 Терmostатируют поверочную жидкость не менее 30 минут. Поверочную жидкость считают терmostатированной тогда, когда изменение температуры за 5 минут не превышает 0,03 °C.

8.3.3 Фиксируют не менее 15-ти значений наблюдений каждой поверочной жидкости.

- динамической вязкости по поверяемому преобразователю вязкости, сПз (мПа·с);
- динамической вязкости по эталонному преобразователю вязкости, сПз (мПа·с);
- температуры по поверяемому преобразователю вязкости, °C.

- температуры по эталонному преобразователю вязкости, $^{\circ}\text{C}$.

8.3.4 За результаты измерения вязкости и температуры поверочной жидкости поверяемым и эталонным преобразователями вязкости принимают соответствующие средние арифметические значения наблюдений.

8.3.5 Операции по п.п. 8.3.1 -8.3.4 повторяют при среднем (60 %) и наибольшем (90 %) значениях вязкости для каждого поверяемого поддиапазона по каналу измерения вязкости.

8.4 Определение метрологических характеристик при поверке по каналу измерения температуры

8.4.1 Заполняют установку поверочной жидкостью средней вязкости. Включают циркуляционный насос.

8.4.2 Термостатируют поверочную жидкость не менее 30 мин.

8.4.3 Фиксируют не менее 15-ти значений наблюдений на каждой поверочной жидкости:

- температуры по эталонному преобразователю вязкости, $^{\circ}\text{C}$.

- температуры по поверяемому преобразователю вязкости, $^{\circ}\text{C}$.

8.4.4 За результаты измерения температуры поверочной жидкости поверяемым и эталонным преобразователями вязкости принимают соответствующие средние арифметические значения наблюдений.

9 Обработка результатов измерений

9.1 Абсолютную погрешность поверяемого преобразователя вязкости на каждой j -той поверочной жидкости (Δ_j , сПз (мПа·с)) вычисляют по формуле

$$\Delta_j = \eta_{\text{пов } j} - \eta_{0j}, \quad (1),$$

где j – номер поверочной жидкости;

$\eta_{\text{пов } j}$ – результат измерения вязкости поверяемым преобразователем вязкости j -той поверочной жидкости;

η_{0j} – результат измерения вязкости эталонным преобразователем вязкости j -той поверочной жидкости.

9.2 Приведенную погрешность поверяемого преобразователя вязкости на каждой j -той поверочной жидкости (γ_j , %) вычисляют по формуле

$$\gamma_j = \frac{\Delta_j}{\eta_{\text{max}}} \cdot 100\%, \quad (2),$$

где η_{max} – верхний предел измерений вязкости калиброванного диапазона поверяемого преобразователя вязкости, сПз (мПа·с).

9.3 Погрешность поверяемого преобразователя вязкости на каждой j -той поверочной жидкости не должна превышать 0,2 сПз (0,2 мПа·с) при значениях вязкости до 10 сПз

(10 мПа·с) включительно, и не более чем 1 % при значениях вязкости свыше 10 сПз (10 мПа·с).

9.4 Абсолютную погрешность поверяемого преобразователя вязкости по каналу измерения температуры в каждой j-той точке (Δt_j , ^0C) вычисляют по формуле

$$\Delta t_j = t_{\text{пов}j} - t_j \quad (3)$$

где $t_{\text{пов}j}$ - результат измерения температуры поверяемым преобразователем вязкости в j-той точке;

t_j - результат измерения температуры эталонным преобразователем вязкости в j-той точке.

9.5 Абсолютная погрешность поверяемого преобразователя вязкости в каждой j-той точке не должна превышать $\pm 0,1$ ^0C .

10 Оформление результатов поверки

10.1 Результаты поверки оформляют в виде протокола по форме, приведенной в Приложении В.

10.2 При положительных результатах поверки преобразователь вязкости признают годным к применению, на него выдается свидетельство о поверке установленной формы по ПР 50.2.006 и наносят оттиск поверительного клейма в соответствии с МИ 3002.

10.3 При отрицательных результатах поверки преобразователь вязкости к применению не допускают и выдают извещение о непригодности с указанием причин по ПР 50.2.006.

Приложение А
(рекомендуемое)


Подготовка поверочных жидкостей

В качестве поверочных жидкостей применяют следующие жидкости или смеси жидкостей, приготовленные из двух компонентов

Состав поверочной жидкости	Номинальное значение динамической вязкости при 20 $^{\circ}\text{C}$, мПа·с (cПз)
Осветительный керосин [1] – 100 %	1,6
Осветительный керосин [1] – 65 % трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 35 %	4
Осветительный керосин [1] – 38 % трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 62 %	9
Осветительный керосин [1] – 24 % трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 76 %	12
Осветительный керосин [1] – 13 % трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 87 %	17
Индустримальное масло И-20А по ГОСТ 20799-88 – 100 %	59
Трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 38 % индустримальное масло И-50А по ГОСТ 20799-88 – 62 %	90
Трансформаторное масло по ГОСТ 982-80 – 12 % индустримальное масло И-50А по ГОСТ 20799-88 – 88 %	180

Приложение Б
(рекомендуемое)

Схема поверки преобразователей вязкости



1. Термостат с рабочей жидкостью
2. Насос
3. Измерительная камера рабочего вискозиметра
4. Измерительная камера эталонного вискозиметра
5. Блок контроля и управления насоса и термостата
6. Расходомер
7. Узел заливочный
8. Блок питания вискозиметров
9. Технологическая сборка вискозиметров в термоизоляции
10. Термокарманы
11. Преобразователи интерфейса RS 232/RS 485 (2шт.)
12. Компьютер (ноутбук)
13. Блок искробезопасных барьеров
14. Дренажный кран

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки преобразователя вязкости

ПРОТОКОЛ № _____
проверки преобразователя вязкости

Тип поверяемого преобразователя вязкости _____ Тип эталонного преобразователя вязкости _____

Заводской номер _____

Заводской номер _____

Тип контроллера _____

Год выпуска _____

Владелец _____

Место проведения поверки _____

Верхний предел измерений вязкости

калиброванного диапазона преобразователя вязкости $\eta_{max} =$ _____ сПз (мПа·с).

Условия проведения поверки: температура _____ $^{\circ}\text{C}$; влажность _____ %; давление _____ кПа.

Исходные данные

Поддиапазон измерения динамической вязкости преобразователя вязкости, сПз (мПа·с)	Градуировочные коэффициенты поверяемого преобразователя вязкости		
	V0	V1	V2
от _____ до _____			

Результаты измерений и поверки по каналу измерения вязкости

Номер поверочной жидкости, j	Результат измерения температуры, $^{\circ}\text{C}$	Результат измерения динамической вязкости поверяемым преобразователем вязкости $\eta_{пovj}$, сПз (мПа·с)	Результат измерения динамической вязкости эталонным преобразователем вязкости η_{ej} , сПз (мПа·с)	Абсолютная погрешность Δ_j , сПз (мПа·с)	Приведенная погрешность γ_j , %
1					
2					
3					

Исходные данные

Поддиапазон измерения динамической вязкости преобразователя вязкости, сПз (мПа·с)	Градуировочные коэффициенты поверяемого преобразователя вязкости		
	V0	V1	V2
от _____ до _____			

Результаты измерений и поверки по каналу измерения вязкости

Номер поверочной жидкости, j	Результат измерения температуры, ${}^{\circ}\text{C}$	Результат измерения динамической вязкости поверяемым преобразователем вязкости $\eta_{\text{пов}} \text{ cПз (мPa\cdotс)}$	Результат измерения динамической вязкости эталонным преобразователем вязкости $\eta_{\text{эт}} \text{ cПз (мPa\cdotс)}$	Абсолютная погрешность $\Delta j, \text{ cПз (мPa\cdotс)}$	Приведенная погрешность $\gamma_j, \%$
1					
2					
3					

Результаты измерений и поверки по каналу измерения температуры

Результат измерения температуры поверяемым преобразователем вязкости $t_{\text{пов}}, {}^{\circ}\text{C}$	Результат измерения температуры эталонным преобразователем вязкости $t_j, {}^{\circ}\text{C}$	Абсолютная погрешность $\Delta t_j, {}^{\circ}\text{C}$

Заключение _____

Подпись лица, проводившего поверку

/и.о., фамилия/

Дата поверки
« ____ » 200 ____ г

Библиография

[1] ТУ 38401-58-10-90 Керосин осветительный. Технические условия