

Изменение № 2 ГОСТ 13496.6—71 Комбикорм. Метод выделения микроскопических грибов

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.07.88 № 2630

Дата введения 01.01 89

Пункт 2.1. Пятый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 0,01 г»;

(Продолжение см. с. 348)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13496.6—71)

двадцать восьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 17206—83 на ГОСТ 17206—84.

Пункты 3.3, 3.4. Заменить значение: 0,5 кгс/см² на 0,05 МПа.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Посевы инкубируют в термостате при 22—25 °С в течение 5—7 сут. Рост и спороношение большинства грибов, контаминирующих комбикорма, становится заметным уже через 2—3 сут».

(ИУС № 11 1988 г.)