

Изменение № 2 ГОСТ 1532—81 Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.01.88 № 72

Дата введения 01.07.88

Пункты 1.1 (чертежи 2, 5), 2.3. Заменить единицу: мл на см^3 ;
чертеж 5. Заменить размер: 230 ± 3 на 230 ± 5 .

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. По устойчивости к механическим воздействиям вискозиметры должны соответствовать группе исполнения L3 по ГОСТ 12997—84».

Пункты 2.7, 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.

(Продолжение см. с. 288)

287

(Продолжение изменения к ГОСТ 1532—81)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.9: «2.9. Технические требования к измерительным колбам должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6: «4.6. Правила приемки измерительных колб должны соответствовать правилам приемки, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.9: «5.9. Методы испытаний измерительных колб должны соответствовать методам испытаний, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74»

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. На ванне и корпусе регулятора мощности вискозиметров типа ВУ должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971—67 с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

(Продолжение см. с. 289)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1532—81)

условного обозначения вискозиметра;

порядкового номера вискозиметра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

года (последние две цифры) и квартала изготовления;

изображение государственного Знака качества (если он присвоен);

знака Государственного реестра (если государственный Знак качества присвоен).

На измерительной колбе должны быть четко нанесены:

номинальная вместимость в см³;

(Продолжение см. с. 290)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1532—81)

«20 °С»;

буква Н (налив);

надпись: «к вискозиметру ВУ».

Расположение обозначений должно соответствовать черт. 5.

Маркировка вискозиметров в экспортном исполнении должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и заказу-наряду внешнеторговой организации».

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13756—75 на «нормативно-технической документации».

(ИУС № 4 1988 г.)